

## Cat No.980 液化石油ガス（LPガス）—蒸気圧試験用恒温槽（実測法）



VP-2B(S)型  
(ポンベ2本架)

### 【概要】

本器は、蒸気圧ポンベの試料室内に試料を満たし、下部試料室内の試料を捨て、40.0℃に保った恒温水槽に入れ、圧力が一定になった時の圧力計の指示値を読み取り、その値を蒸気圧として報告するための恒温槽です。

### 【適用規格】

JIS K2240、ASTM D1267、IP 161

### 【機種】

ポンベ2、3、4本架の各種および外装ステンレス製(S)のものも製作いたします。

### 【標準仕様】

1. 温度調節器 ; デジタル P.I.D.制御方式
2. 測温体 ; 白金測温体 (PT100Ω)
3. ヒーター ; 丸型シーズヒーター
4. 試験温度範囲 ; 35℃～60℃
5. 通常試験温度 ; 40.0℃
6. 試験温度精度 ; ±0.1℃
7. 浴槽攪拌機 ; インダクションモーター
8. 安全機構 ; 漏電ブレーカー
9. 電源 ; AC100V-2.0KW 50/60Hz

### 【標準付属品】

1. ポンベ架台 : 2,3,4 台 (ポンベ架数による)
2. 温度計 : 1 本 (NO.2)

※電源プラグは付属されておりません。



蒸気圧ポンベおよび圧力計

## Cat No.984 蒸気圧試験用ポンベ

蒸気圧試験に用いられるポンベで、下部試料室と上部試料室とからなり、弊社では下部試料室は 1/5 試料室を採用しており、その容積比は 1 : 3.94～4.05 となっております。

※弊社に於ける、耐圧検査および機密性の検査成績書付き

## Cat No.985 蒸気圧試験用圧力計 (Mpa 目盛)

蒸気圧試験に用いられる直径 150mm のブルドン管式圧力計で、JIS B7505 に規定するものです。

【機種】 0～1.0、2.0、3.5Mpa の各種

●本カタログの仕様は予告なく変更する場合があります。



吉田科学器械株式会社

〒173-0024 東京都板橋区大山金井町 30 番 16 号

TEL 03(3959)1101 (代) FAX 03(3959)1105

URL <http://www.yoshida-kagaku.co.jp>